

SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 376 IDN - SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025: 2017)

SUPL 1

Nama Laboratorium Alamat Telepon	: Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia : Jl. Kaliurang Km. 14,5 , Yogyakarta, DI Yogyakarta Telp. (0274) 898444 Email : lab.terpadu@uii.ac.id	Masa Berlaku 21 Februari 2024 hingga 27 Maret 2027
---	---	---

KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

No.	Kelompok pengukuran	Alat atau bahan atau standar yang dikalibrasi atau diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas *)	Metode kalibrasi/ dokumen standar/ teknik yang digunakan	Keterangan
1	Suhu dan Kelembapan	Oven	<i>ambient</i> ~ 50 °C 50 °C ~ 150 °C 150 °C ~ 200 °C	0.43 °C 1.1 °C 1.5 °C	KAN Pd-02.04:2019	
2	Volume	Pipet Volume	0.5 mL 1 mL 2 mL 3 mL 4 mL 5 mL 6 mL 7 mL 8 mL 9 mL 10 mL	0.0011 mL 0.0016 mL 0.0026 mL 0.0026 mL 0.0026 mL 0.0027 mL 0.0032 mL 0.0033 mL 0.0034 mL 0.0034 mL 0.0034 mL	EURAMET/cg-19/v. 3.0 (2018)	

Catatan :

- 1) *) Ketidakpastian yang diperluas dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2 yang merupakan ketidakpastian terbaik yang dapat dicapai dalam layanan kalibrasi rutin dengan sumberdaya yang dimiliki laboratorium
- 2) Lampiran sertifikat akreditasi ini tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari pihak KAN